



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100832277

телефон +375 17 3738582, **адрес электронной почты** info@strumen.com

в лице заместителя директора по финансово-экономическим вопросам – главного бухгалтера Андрух Юлии Александровны, действующего на основании доверенности № 42/2024 от 11.06.2024
заявляет, что Установки для поверки счетчиков электрической энергии УП 3000 моделей согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе

изготовитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 100832277.030-2024 «Установки для поверки счетчиков электрической энергии УП 3000»

код ТН ВЭД ЕАЭС 9031 20 000 0

серийный выпуск

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 45-61/0574-1-2024 от 07.06.2024, № 45-61/0574-2-2024 от 07.06.2024, № 45-61/0574-4-2024 от 24.05.2024, № 45-61/0574-5-2024 от 24.05.2024, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.

сертификат соответствия системы менеджмента качества № 24.0383.026 от 21.05.2024, выданный органом по сертификации ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА45, Российская Федерация

схема декларирования соответствия бд

Дополнительная информация:

Примененные стандарты согласно Приложению 2 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе.
Условия хранения в упаковке при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре 25 °С.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания.

Срок службы – 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.06.2029 включительно.



М.П.

Андрух Юлия Александровна

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 13272

Дата регистрации декларации о соответствии

02.07.2024



Приложение 1
к декларации о соответствии
Установки для поверки счетчиков электрической
энергии УП 3000

Лист 1 Листов 1

№ п/п	Модель устройства
1	УП 3000- X_1 - X_2 - X_3 X_4 , где: X_1 – от 6 до 24, количество поверочных мест; X_2 – Т или отсутствует, обозначающее наличие трансформаторов тока; X_3 – В или отсутствует, обозначающее наличие блока времени (частоты); X_4 – R или отсутствует, обозначающее наличие интерфейсов связи



М.П.

Андрух Юлия Александровна

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. TP004 003.02 13272
02.07.2024

Приложение 2
к декларации о соответствии
Установки для поверки счетчиков электрической
энергии УП 3000

Лист 1 Листов 1

Наименование и обозначение примененных стандартов
ГОСТ 30969-2002 «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний»
ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования»
ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»



М.П.

Андрух Юлия Александровна

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № BY/112 11.01. TP004 003.02 13272
02.07.2024