



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»,

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100832277,

телефон +375 17 373 85 82, **адрес электронной почты** info@strumen.com,

в лице директора Филиппенко Александра Васильевича

заявляет, что вычислители ВВ-07-К7, модели согласно Приложению 1 к декларации о соответствии на 1 (одном) листе,

изготовитель: Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью «ГРАН-СИСТЕМА-С»,

место нахождения ул. Франциска Скорины, д. 54А, пом.12, 220084, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 100832277.024-2020 «Вычислители ВВ-07-К7»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 9026 90 000 0,

серийный выпуск,

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний № 45-61/0749-1-2025 от 11.08.2025, № 43-61/0749-2-2025 от 11.08.2025, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества № 24.0383.026 от 21.05.2024, выданный органом по сертификации ассоциации по сертификации «Русский Регистр», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА45.

Схема декларирования соответствия: бд.

Дополнительная информация:

ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения: в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С. Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с даты приемки и упаковывания, срок службы – 12 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.08.2030 включительно.



М.П.

Александр Васильевич Филиппенко

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 17416

Дата регистрации декларации о соответствии

02.09.2025



№ п/п	Модель вычислителя
1	<p>X₁ ВВ-07-К7-Х₂Х₃Х₄Х₅Х₆Х₇-Х₈/Х₉/Х₁₀/Х₁₁-Х₁₂/Х₁₃Х₁₄-0Х₁₅Х₁₆Х₁₇, где: Х₁ – «СТРУМЕНЬ» или «Ultraheat», обозначающее исполнение; Х₂ – 1; 7 или А, обозначающее тип измерительного контура 1; Х₃ – N или M, обозначающее температуру холодной воды; Х₄ – N; P; D или S, обозначающее давление; Х₅ – 0; 1; 6; 7 или А, обозначающее тип измерительного контура 2; Х₆ – N или M, обозначающее температуру воды; Х₇ – N; P или D, обозначающее давление; Х₈, Х₉, Х₁₀, Х₁₁ – от 01S до 99S или 000, обозначающее условное обозначение датчика потока каналов 1, 2, 3, 4; Х₁₂ – от 00,0 до 25,0, обозначающее длину кабеля от датчика температуры до вычислителя; Х₁₃ – 0 или 4, обозначающее тип выходного сигнала датчика давления; Х₁₄ – 0; 1; 2 или 3, обозначающее диапазон измерения датчика давления; 0 – постоянная величина; Х₁₅ – 0; А; С; Е или М, обозначающее тип источника питания; Х₁₆ – 0 или 1, обозначающее глубину архива; Х₁₇ – 0; В; Z; Е; F; T; U или W, обозначающее цифровой интерфейс.</p>



М.П.

Александр Васильевич Филиппенко